



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Dubicze Cerkiewne dn. 26 lipiec 2011r.

OR. 271.11.2011

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego
- wszyscy-

dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego pn:
zakup i dostawa sprzętu medycznego i wyposażenia w ramach projektu : "Przebudowa, rozbudowa oraz wyposażenie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dubiczach Cerkiewnych w ramach realizacji programu dostosowawczego" współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 , Oś priorytetowa VI. Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 6.2 Rozwój infrastruktury w zakresie opieki zdrowotnej

W związku ze złożonym zapytaniem dot. zapisów SIWZ wyjaśniam jak niżej (Pakiet nr 3: Aparat EKG z przystawką spirometryczną i wózkiem – 1 kpl)

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści, aby aparat EKG nie posiadał funkcji wysyłania badania przez telefon komórkowy do systemu archiwizacji danych, ale z możliwością przesyłania badania za pomocą kabla RS 232 lub USB do zestawu komputerowego wyposażonego w wsystem archiwizacji danych ?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza taki system komunikacyjny.

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne
Leon Małaszewski



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Dubicze Cerkiewne dn. 26 lipiec 2011r.

OR. 271.11.2011

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego
- wszyscy-

dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego pn:
zakup i dostawa sprzętu medycznego i wyposażenia w ramach projektu : "Przebudowa, rozbudowa oraz wyposażenie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dubiczach Cerkiewnych w ramach realizacji programu dostosowawczego" współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 , Oś priorytetowa VI. Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 6.2 Rozwój infrastruktury w zakresie opieki zdrowotnej

W związku ze złożonym zapytaniem dot. zapisów SIWZ wyjaśniam jak niżej (Pakiet nr 2. Defibrylator z kardiomonitorem – 1 szt.):

Pytanie: Czy zamawiający w podpunkcie 3 nie popełnił omyłkowo błędu literowego pisząc ekran kolorowy typu TFP zamiast typu TFT i tym samym podpunkt będzie brzmiał: Ekran kolorowy typu TFT o przekątnej minimum 8``?

Odpowiedź: Zgadza się z uwagami Wykonawcy. W SIWZ wpisano omyłkowo ekran typu TFP, prawidłowe brzmienie podpunktu 3 to : **Ekran kolorowy typu TFT o przekątnej minimum 8``**.

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne
Leon Małaszewski



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Dubicze Cerkiewne dn. 26 lipiec 2011r.

OR. 271.11.2011

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego
- wszyscy-

dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego pn:
zakup i dostawa sprzętu medycznego i wyposażenia w ramach projektu : "Przebudowa, rozbudowa oraz wyposażenie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dubiczach Cerkiewnych w ramach realizacji programu dostosowawczego" współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 , Oś priorytetowa VI. Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 6.2 Rozwój infrastruktury w zakresie opieki zdrowotnej

W związku ze złożonym zapytaniem dot. zapisów SIWZ wyjaśniam jak niżej (Pakiet nr 3: Aparat EKG z przystawką spirometryczną i wózkiem – 1 kpl)

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści, aby aparat EKG nie posiadał funkcji wysyłania badania przez telefon komórkowy do systemu archiwizacji danych, ale z możliwością przesyłania badania za pomocą kabla RS 232 lub USB do zestawu komputerowego wyposażonego w wsystem archiwizacji danych ?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza taki system komunikacyjny.

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne
Leon Małaszewski



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Dubicze Cerkiewne dn. 26 lipiec 2011r.

OR. 271.11.2011

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego
- wszyscy-

dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego pn:
zakup i dostawa sprzętu medycznego i wyposażenia w ramach projektu : "Przebudowa, rozbudowa oraz wyposażenie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dubiczach Cerkiewnych w ramach realizacji programu dostosowawczego" współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 , Oś priorytetowa VI. Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 6.2 Rozwój infrastruktury w zakresie opieki zdrowotnej

W związku ze złożonym zapytaniem dot. zapisów SIWZ wyjaśniam jak niżej (Pakiet nr 2. Defibrylator z kardiomonitorem – 1 szt.):

Pytanie: Czy zamawiający w podpunkcie 3 nie popełnił omyłkowo błędu literowego pisząc ekran kolorowy typu TFP zamiast typu TFT i tym samym podpunkt będzie brzmiał: Ekran kolorowy typu TFT o przekątnej minimum 8``?

Odpowiedź: Zgadzam się z uwagami Wykonawcy. W SIWZ wpisano omyłkowo ekran typu TFP, prawidłowe brzmienie podpunktu 3 to : **Ekran kolorowy typu TFT o przekątnej minimum 8``**.

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne
Leon Małaszewski



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Dubicze Cerkiewne dn. 26 lipiec 2011r.

OR. 271.11.2011

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego
- wszyscy-

dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego pn:
zakup i dostawa sprzętu medycznego i wyposażenia w ramach projektu : "Przebudowa, rozbudowa oraz wyposażenie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dubiczach Cerkiewnych w ramach realizacji programu dostosowawczego" współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 , Oś priorytetowa VI. Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 6.2 Rozwój infrastruktury w zakresie opieki zdrowotnej

W związku ze złożonym zapytaniem dot. zapisów SIWZ wyjaśniam jak niżej (Pakiet nr 3: Aparat EKG z przystawką spirometryczną i wózkiem – 1 kpl)

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści, aby aparat EKG nie posiadał funkcji wysyłania badania przez telefon komórkowy do systemu archiwizacji danych, ale z możliwością przesyłania badania za pomocą kabla RS 232 lub USB do zestawu komputerowego wyposażonego w wsystem archiwizacji danych ?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza taki system komunikacyjny.

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne
Leon Małaszewski



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Dubicze Cerkiewne dn. 26 lipiec 2011r.

OR. 271.11.2011

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego
- wszyscy-

dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego pn:
zakup i dostawa sprzętu medycznego i wyposażenia w ramach projektu : "Przebudowa, rozbudowa oraz wyposażenie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dubiczach Cerkiewnych w ramach realizacji programu dostosowawczego" współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 , Oś priorytetowa VI. Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 6.2 Rozwój infrastruktury w zakresie opieki zdrowotnej

W związku ze złożonym zapytaniem dot. zapisów SIWZ wyjaśniam jak niżej (Pakiet nr 2. Defibrylator z kardiomonitorem – 1 szt.):

Pytanie: Czy zamawiający w podpunkcie 3 nie popełnił omyłkowo błędu literowego pisząc ekran kolorowy typu TFP zamiast typu TFT i tym samym podpunkt będzie brzmiał: Ekran kolorowy typu TFT o przekątnej minimum 8``?

Odpowiedź: Zgadzam się z uwagami Wykonawcy. W SIWZ wpisano omyłkowo ekran typu TFP, prawidłowe brzmienie podpunktu 3 to : **Ekran kolorowy typu TFT o przekątnej minimum 8``**.

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne
Leon Małaszewski



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Dubicze Cerkiewne dn. 26 lipiec 2011r.

OR. 271.11.2011

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego
- wszyscy-

dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego pn:
zakup i dostawa sprzętu medycznego i wyposażenia w ramach projektu : "Przebudowa, rozbudowa oraz wyposażenie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dubiczach Cerkiewnych w ramach realizacji programu dostosowawczego" współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 , Oś priorytetowa VI. Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 6.2 Rozwój infrastruktury w zakresie opieki zdrowotnej

W związku ze złożonym zapytaniem dot. zapisów SIWZ wyjaśniam jak niżej (Pakiet nr 3: Aparat EKG z przystawką spirometryczną i wózkiem – 1 kpl)

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści, aby aparat EKG nie posiadał funkcji wysyłania badania przez telefon komórkowy do systemu archiwizacji danych, ale z możliwością przesyłania badania za pomocą kabla RS 232 lub USB do zestawu komputerowego wyposażonego w wsystem archiwizacji danych ?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza taki system komunikacyjny.

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne
Leon Małaszewski



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Dubicze Cerkiewne dn. 26 lipiec 2011r.

OR. 271.11.2011

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego
- wszyscy-

dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego pn:
zakup i dostawa sprzętu medycznego i wyposażenia w ramach projektu : "Przebudowa, rozbudowa oraz wyposażenie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dubiczach Cerkiewnych w ramach realizacji programu dostosowawczego" współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 , Oś priorytetowa VI. Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 6.2 Rozwój infrastruktury w zakresie opieki zdrowotnej

W związku ze złożonym zapytaniem dot. zapisów SIWZ wyjaśniam jak niżej (Pakiet nr 2. Defibrylator z kardiomonitorem – 1 szt.):

Pytanie: Czy zamawiający w podpunkcie 3 nie popełnił omyłkowo błędu literowego pisząc ekran kolorowy typu TFP zamiast typu TFT i tym samym podpunkt będzie brzmiał: Ekran kolorowy typu TFT o przekątnej minimum 8``?

Odpowiedź: Zgadza się z uwagami Wykonawcy. W SIWZ wpisano omyłkowo ekran typu TFP, prawidłowe brzmienie podpunktu 3 to : **Ekran kolorowy typu TFT o przekątnej minimum 8``**.

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne
Leon Małaszewski