



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Dubicze Cerkiewne dn. 29 lipiec 2011r.

OR. 271.11.2011

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego
- wszyscy-

dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego pn:
zakup i dostawa sprzętu medycznego i wyposażenia w ramach projektu : "Przebudowa, rozbudowa oraz wyposażenie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dubiczach Cerkiewnych w ramach realizacji programu dostosowawczego" współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 , Oś priorytetowa VI. Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 6.2 Rozwój infrastruktury w zakresie opieki zdrowotnej

W związku ze złożonym zapytaniem dot. zapisów SIWZ wyjaśniam jak niżej (Pakiet nr 3: Aparat EKG z przystawką spirometryczną i wózkiem – 1 kpl)

Pytanie: Czy Zamawiający przez funkcję wysyłania badania przez telefon komórkowy do systemu archiwizacji danych rozumie funkcję wysyłania badania przez wbudowany modem komórkowy do systemu archiwizacji danych?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza taki system komunikacyjny. Jednocześnie informuję, że system komunikacyjny dotyczący aparatu EKG jest opisany we wcześniejszych wyjaśnieniach do SIWZ.

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne
Leon Małaszewski



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Dubicze Cerkiewne dn. 29 lipiec 2011r.

OR. 271.11.2011

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego
- wszyscy-

dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego pn: **zakup i dostawa sprzętu medycznego i wyposażenia w ramach projektu : "Przebudowa, rozbudowa oraz wyposażenie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dubiczach Cerkiewnych w ramach realizacji programu dostosowawczego"** współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 , Oś priorytetowa VI. Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 6.2 Rozwój infrastruktury w zakresie opieki zdrowotnej

W związku ze złożonym zapytaniem dot. zapisów SIWZ wyjaśniam jak niżej:

Pytanie: Czy zamawiający wydzieli fotel do pobierania materiałów laboratoryjnych (poz. 6.4) do osobnego pakietu?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie przewiduje zwiększenia liczby pakietów, poprzez wydzielenie fotela do pobierania materiałów laboratoryjnych (poz. 6.4).

Pytanie Czy zamawiający wydłuży czas dostawy do 6 tygodni od dnia podpisania umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie widzi podstaw do zmiany terminu realizacji zamówienia. W ocenie Zamawiającego termin ten jest optymalny.

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne
Leon Małaszewski



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Dubicze Cerkiewne dn. 29 lipiec 2011r.

OR. 271.11.2011

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego
- wszyscy -

dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego pn:
zakup i dostawa sprzętu medycznego i wyposażenia w ramach projektu : "Przebudowa, rozbudowa oraz wyposażenie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dubiczach Cerkiewnych w ramach realizacji programu dostosowawczego" współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 , Oś priorytetowa VI. Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 6.2 Rozwój infrastruktury w zakresie opieki zdrowotnej

W związku ze złożonym zapytaniem dot. zapisów SIWZ wyjaśniam jak niżej:

dot. Pakietu nr 4:

Pytanie: Czy zamawiający dopuści w zakresie worka samosprężalnego Combibag, na zasadzie równoważności, worek z zastawką 40cm, lub dwa worki: jeden dla dorosłych i drugi dla dzieci?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie Czy zamawiający mógłby doprecyzować czy laryngoskop ma mieć oświetlenie halogenowo-ksenonowe?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie: Czy oferowane maski anestetyczne mogą być dwuczęściowe w większych rozmiarach?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie: Czy oferowane ciśnieniomierze mają mieć odporność na upadek z min. 75 cm potwierdzoną atestem oraz gwarancję kalibracji min. 5 lat?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

dot. Pakietu nr 3:

Pytanie: Ciśnieniomierz na statywie jezdny – 1 szt. Czy Zamawiający miał na myśli tarczę o średnicy 15 cm?

Odpowiedź: Zgadzam się z uwagami Wykonawcy. Prawidłowe brzmienie pkt.2 to: **Średnica tarczy min. 15 cm.**

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy ciśnieniomierz wyposażony w kwadratową tarczę o boku długości 15 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza ciśnieniomierz z kwadratową tarczą.

dot. Pakietu nr 2:

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do przetargu nowoczesny defibrylator dwufazowy z kolorowym ekranem LCD o przekątnej 5,63"? (pkt.3)

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza defibrylatora z ekranem o przekątnej 5,63`.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do przetargu nowoczesny defibrylator dwufazowy pozwalający wyświetlać na ekranie 2 krzywe dynamiczne? (pkt. 4)

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie zmienia zapisów w SIWZ.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do przetargu nowoczesny defibrylator z technologią fali

dwufazowej rektalinearnej RLB o energii maksymalnej 200J i automatyczną kompensacją impedancji pacjenta? (pkt.7, 11, 12)

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie zmienia zapisów w SIWZ.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści defibrylator o czasie ładowania do energii maksymalnej – 200 J – poniżej 6 sekund? (pkt.8)

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie zmienia zapisów w SIWZ.

Pytanie: Czy Zamawiający wymagał będzie zaoferowania zintegrowanych łyżek dla dzieci i dorosłych? (pkt.14)

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie zmienia zapisów w SIWZ.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do przetargu nowoczesny defibrylator dwufazowy o zakresie wzmocnienia sygnału 0,5-3 cm/mV i 5 poziomach wzmocnienia? (pkt. 23)

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie zmienia zapisów w SIWZ.

Pytanie:Czy Zamawiający dopuści do przetargu nowoczesny defibrylator dwufazowy z opcją stymulacji przezskórnej NTP o zakresie wartości prądu stymulacji 0-140 mA? (pkt.26)

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie zmienia zapisów w SIWZ.

Pytanie:Czy Zamawiający dopuści nieinwazyjny pomiar ciśnienia w zakresie 20-260 mmHg, co w pełni pokrywa praktyczne potrzeby użytkowników? (pkt.30)

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie zmienia zapisów w SIWZ.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści wydajny i nowoczesny akumulator kwasowo-ołowiowy, zapewniający 2,75 godz. ciągłego monitorowania, 40 defibrylacji z maksymalną energią, o czasie ładowania poniżej 4 godzin? (pkt. 34, 35, 36)

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie zmienia zapisów w SIWZ.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści alternatywnie wydajny i nowoczesny akumulator litowo-jonowy, zapewniający 4,25 godz. ciągłego monitorowania, 100 defibrylacji z maksymalną energią, o czasie ładowania poniżej 7 godzin?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie zmienia zapisów w SIWZ.

Termin realizacji zamówienia: Zamawiający nie widzi podstaw do zmiany terminu realizacji zamówienia. W ocenie Zamawiającego termin ten jest optymalny.

Dot. Pakietu nr 3:

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy otoskop z lupą powiększającą 2,5-krotnie? (pkt. 4)

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie zmienia zapisów w SIWZ.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do przetargu otoskop o 12-miesięcznej gwarancji? (pkt. 7)

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie zmienia zapisów w SIWZ.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG z jednoczasową prezentacją na ekranie 3 krzywych EKG i z możliwością szybkiej i prostej zmiany wyświetlanych odprowadzeń? (pkt. 5)

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie zmienia zapisów w SIWZ.

Pytanie:Czy Zamawiający dopuści aparat EKG bez interfejsu RS 232, ale za to z bardziej rozpowszechnionym portem USB umożliwiającym podłączenie do komputera, oraz z gniazdem kart SD? (pkt. 10)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, ale nie wymaga.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści czułość zapisu 5, 10 i 20 mm/mV? (aparat EKG pkt. 14)

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie zmienia zapisów w SIWZ.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści prędkość zapisu 10, 25 i 50 mm/s? (aparat EKG pkt. 15)

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie zmienia zapisów w SIWZ.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści aparat o wadze 5,3 kg? (aparat EKG pkt. 16)

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza aparat EKG o wadze 5,3 kg.



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Dubicze Cerkiewne dn. 29 lipiec 2011r.

OR. 271.11.2011

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego
- wszyscy-

dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego pn:
zakup i dostawa sprzętu medycznego i wyposażenia w ramach projektu : "Przebudowa, rozbudowa oraz wyposażenie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dubiczach Cerkiewnych w ramach realizacji programu dostosowawczego" współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 , Oś priorytetowa VI. Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 6.2 Rozwój infrastruktury w zakresie opieki zdrowotnej

W związku ze złożonym zapytaniem dot. zapisów SIWZ wyjaśniam jak niżej:

Pakiet nr 3: Defibrylator z kardiomonitorem

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści nowoczesny niskoenergetyczny defibrylator dwufazowy z zakresem wyboru energii od 2 do 22 J?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie zmienia zapisów w SIWZ.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści defibrylator z energią defibrylacji w trybie AED 15J I 200J?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie zmienia zapisów w SIWZ.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści defibrylator z możliwością ładowania i wyzwolenia wstrząsu z łyżek defibrylacyjnych?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie zmienia zapisów w SIWZ.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści defibrylator z zakresem pomiaru częstości akcji serca w zakresie od 18 do 300B/min.?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie zmienia zapisów w SIWZ.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści defibrylator ze wzmocnieniem sygnału od 0,25 do 2?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie zmienia zapisów w SIWZ.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści defibrylator z natężeniem prądu stymulacji w zakresie od 10 do 150 mA?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie zmienia zapisów w SIWZ.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści defibrylator z pomiarem NIBP z zakresem pomiaru od 10 do 260 mmHg?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie zmienia zapisów w SIWZ.

Dotyczy SIWZ:

Pytanie: Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 5 tygodni licząc od dnia podpisania umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie widzi podstaw do zmiany terminu realizacji zamówienia. W ocenie Zamawiającego termin ten jest optymalny.

Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisów Istotnych warunkach zamówienia.

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne
Leon Małaszewski



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Dubicze Cerkiewne dn. 29 lipiec 2011r.

OR. 271.11.2011

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego
- wszyscy-

dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego pn:
zakup i dostawa sprzętu medycznego i wyposażenia w ramach projektu : "Przebudowa, rozbudowa oraz wyposażenie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dubiczach Cerkiewnych w ramach realizacji programu dostosowawczego" współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 , Oś priorytetowa VI. Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 6.2 Rozwój infrastruktury w zakresie opieki zdrowotnej

W związku ze złożonym zapytaniem dot. zapisów SIWZ wyjaśniam jak niżej:

Dotyczy – pakiet nr 2 Defibrylator z kardiomonitorem – 1 szt.:

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści zakres defibrylacji od 1-200J jeśli w oferowanym przez nas urządzeniu zapewnia on najwyższą skuteczność defibrylacji? (poz.7)

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie zmienia zapisów w SIWZ.

Pytanie: – W związku z tym, że na rynku dostępne są różne technologie i różne zakresy energii czy wymóg nie powinien brzmieć „czas ładowania do energii maksymalnej dostępnej w oferowanym urządzeniu max. 5 sekund”? (poz.8)

Odpowiedź: Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie zmienia zapisów w SIWZ.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści defibrylator, wykorzystujący w trybie AED energię o stałej wartości 150J? (poz.11,12)

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie zmienia zapisów w SIWZ.

Pytanie: Czy zamawiający dopuści defibrylator z możliwością wyboru energii defibrylacji poprzez pokrętko na panelu przednim, a ładowaniem i wstrząsem na łyżkach defibrylacyjnych ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie zmienia zapisów w SIWZ.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści możliwość wydruku 2 krzywych w czasie rzeczywistym?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie zmienia zapisów w SIWZ.

Pytanie: Czy zamawiający dopuści zakres stymulacji od 10 do 175 mA?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie zmienia zapisów w SIWZ.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści zakres pomiaru ciśnienia od 20-260mmHg?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie zmienia zapisów w SIWZ.

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne
Leon Małaszewski